

FROMCeO LOMBARDIA Federazione  
Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri della Lombardia  
Via Massenzio Masia 30  
22100 COMO (CO)  
Email: presidenza.co@pec.omceo.it

AI DIRETTORI GENERALI DELLE ASST  
AI DIRETTORI GENERALI DELLE ATS  
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI IRCCS  
PUBBLICI e AI LEGALI  
RAPPRESENTANTI DEGLI IRCCS  
PRIVATI  
AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE  
STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE  
e, p.c.

ARIA SPA  
Email: protocollo@pec.ariaspa.it

AI SUPI E SERVIZI DI ASSISTENZA  
PROTESICA

**Oggetto: Carrozzina pieghevole con sistema monoguida dx/sx (destra/sinistra)**

A seguito di segnalazioni da parte degli specialisti prescrittori e verificata l'assenza della codifica relativa alla carrozzina leggera con sistema monoguida nel DPCM 2017, si descrive quanto deciso dal Coordinamento di Protesica Regione Lombardia che diventa dispositivo sul territorio.

Il gruppo regionale ha condiviso la necessità di poter erogare tale dispositivo, seppur con un numero definito di forniture, per i soggetti aventi diritto, con codice: 12.22.03.006M "carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera con monoguida dx oppure sx (portata max 130kg)" (elenco 2B).

Alla luce di quanto sopra premesso, si comunica che la codifica in oggetto è stata inserita nel SW AssistantRL con tariffa pari a €0, in quanto soggetta a procedure pubbliche di acquisto presso le diverse ASST/SUPI.

Tali prescrizioni, pertanto, seguiranno il percorso "IN VERIFICA ASST" e dovranno essere prese in carico dagli uffici protesici al fine di provvedere all'ordine presso la ditta fornitrice aggiudicataria.

Al fine di garantire una corretta gestione delle procedure pubbliche di acquisto, si riportano di seguito le caratteristiche tecniche essenziali del dispositivo:

- telaio pieghevole,

- struttura in lega leggera ad alta resistenza, peso massimo in configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti)
- sistema monoguida (destra o sinistra secondo prescrizione)
- possibilità di assetto ribassato per spinta mista mano-piede anche in presenza di unità posturali di bacino
- schienale tensionabile
- ruote posteriori grandi ad estrazione rapida con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con freni di stazionamento
- ruote anteriori piroettanti con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio,
- appoggiagambe ribaltabili ed estraibili con appoggiapiedi separati
- fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili e regolabili in altezza
- ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte);
- ruotine antiribaltamento
- Seduta compresa fra 38 e 45

A completamento, si precisa quanto segue:

#### AGGIUNTIVI APPLICABILI

12.22.91.718UP PEDANE ELEVABILI (PER CARROZZINE 122203006UP E 006M)

12.22.91.712UP CUSCINETTO PER LORDOSI PER CARROZZINA (PER CARROZZINE 122203006UP E 006M)

Possibilità sistemi di postura

18.09.21. MODULI POSTURALI SU MISURA (costruiti con calco in gesso, CAD CAM)

18.09.39. MODULI POSTURALI DI SERIE (predisposti da adattare al paziente)

18.09.91. AGGIUNTIVI PER SISTEMI DI POSTURA MODULARI

Si invita a dare massima diffusione alla presente comunicazione e ad attenersi alle indicazioni operative sopra riportate, al fine di garantire l'accesso al dispositivo da parte degli aventi diritto nel rispetto delle normative vigenti.

Distinti Saluti

La Dirigente  
IDA FORTINO

**Referente per l'istruttoria della pratica COORDINAMENTO REGIONALE PROTESICA.**